

ВНИМАНИЮ БОЛЬНОГО!

Больной с кардиостимулятором может вести обычный образ жизни в соответствии с возрастом и выполнять легкую физическую работу.

Рекомендуется еженедельная проверка аппарата по пульсу или с помощью транзисторного приемника (считать обязательно в течение минуты). У управляемых аппаратов контрольный ритм измерять при наложении на кожу магнита.

Изменение контрольного ритма на 8 импульсов в минуту от исходного свидетельствует о необходимости замены аппарата.

Противопоказаны тяжелые физические нагрузки, резкие движения, работа, связанная с вибрацией, повышенные электромагнитные помехи.

Рекомендации при неотложных случаях

При резком замедлении ритма сердечных сокращений, появлении приступов с потерей сознания до оказания экстренной хирургической помощи необходимо принимать симпатомиметические препараты, например, изадрин под язык 1/4-1/2 таблетки через 3 часа.

Подкожно ввести 0,1% раствор атропина или эфедрина по 0,5 мл.

Адрес ближайшей больницы для оказания неотложной медицинской помощи (заполняется по месту диспансерного наблюдения).

Для типографии!
при изготовлении документа
формат А6

Код формы по ОКУД _____

Код учреждения по ОКПО _____

Медицинская документация

Форма № 073/у

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. № 1030

наименование учреждения

КАРТА больного с имплантированным электрокардиостимулятором (ЭКС)

Фамилия, имя, отчество больного _____

Дата рождения _____

Группа крови _____

Резус фактор _____

Домашний адрес и телефон больного _____

Дата имплантации ЭКС _____

Доступ _____

Тип ЭКС _____

Ритм по паспорту _____

Электроды _____

Дата плановой смены ЭКС _____

www.genlayn.ru

Адрес и телефон медицинского учреждения, где производилась имплантация ЭКС

www.genlayn.ru

ВНИМАНИЮ ВРАЧА!

Периодическое наблюдение за больным в поликлинике по месту жительства рекомендуется проводить каждые 4 м-ца в течение первого года после имплантации ЭКС, каждые 2 месяца в течение второго года, далее - ежемесячно. Контролируемые величины определяются по ЭКГ при скорости записи 50 мм/сек.

Контрольный ритм управляемых аппаратов определяется при наложении магнита на кожу над ЭКС.

При урежении или учащении ритма (свыше 8 импульсов в минуту), возникновении конкуренции естественного и искусственного ритмов необходимо сообщить в медицинское учреждение, где производилась операция.

www.genlayn.ru

www.genlayn.ru

www.genlayn.ru